

附件 1:

膜式燃气表检定装置量值比对结果

序号	参比实验室	比对结果	备注
1	晋中市综合检验检测中心	满意	
2	介休市质量技术监督检验检测所	满意	
3	阳泉市综合检验检测中心	满意	
4	平定县综合检验检测中心	满意	
5	太原天然气有限公司计量管理站	满意	
6	忻州市综合检验检测中心	满意	
7	原平市综合检验检测中心	满意	
8	朔州市综合检验检测中心	满意	
9	大同市综合检验检测中心	满意	
10	吕梁市综合检验检测中心	满意	
11	孝义市质量技术监督检验检测所	满意	
12	临汾市综合检验检测中心	满意	
13	霍州市综合检验检测中心	不满意	
14	运城市综合检验检测中心	满意	
15	晋城市综合检验检测中心	满意	
16	长治市综合检验检测中心	满意	
17	山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)	满意	主导实验室